


Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)


Akreditasyon Kapsamı

 Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1357-T	ASBESAN ASBEST ARAŞTIRMA ANALİZ DENETİM BELGELENDİRME DANIŞMANLIK VE LABORATUVAR HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	
	Akreditasyon No: AB-1357-T Revizyon No: 00 Tarih: 10.07.2019	
Deney Laboratuvarı		
Adresi : GAYRETTEPE MAH. BAHAR SK. NO:2 K:1 D:5 BEŞİKTAŞ 34349 İSTANBUL/TÜRKİYE		Tel : 0212 261 26 15 Faks : 0212 261 26 08 E-Posta : info@asbesan.com Website : www.asbesan.com

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
İş Hijyeni Lifsi Toz	Havadaki Asbest ve Diğer Lifsi Tozların Sayımı ** Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma (Kişisel Maruziyet ve/veya Ortam) Analiz: Faz Kontrast Mikroskobu (PCM) ile Sayım ** Verilen kapsam tür tayinini içermemektedir. Ortamdaki lifsi tozların türünün asbest olduğu biliniyorsa asbest liflerinin sayımı yapılabilir.	HSG 248-A1 NIOSH-NMAM-7400
Katı Malzeme ve Ürünler İçerisindeki Asbest	Katı Malzemelerde Asbest Tür Tayini (Amosit, Krisotil, Krosidolit, Aktinolit, Antofilit, Tremolit) Örnekleme: Katı Malzemedden Temsil Edici Parça Örnekleme (Elle Numune Alma) Analiz: Polarize Işık Mikroskobu Tekniği	HSG 248-A2 NIOSH NMAM-9002

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)

Akreditasyon Kapsamı

 <p>Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1357-T</p>	<p>ASBESAN ASBEST ARAŞTIRMA ANALİZ DENETİM BELGELENDİRME DANIŞMANLIK VE LABORATUVAR HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.</p>	<p>Akreditasyon No: AB-1357-T Revizyon No: 00 Tarih: 10.07.2019</p>
<p>Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler</p>	<p>Deney Adı</p>	<p>Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)</p>

KAPSAM SONU

Orbay EVRENSEVDİ
Genel Sekreter V.